Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

подпись

ЧИТВАК А. Ю.
инициалы, фамилия

Приложение 220419
к аттестату аккредитации

№ RA.RU.312434

от «___» _____

на 1 листе, лист 1

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

**Акционерное общество «Газпром газораспределение Орел»**
**(АО «Газпром газораспределение Орел»)**

наименование юридического лица

РФ, 302525, Орловская область, Орловский район, с/п Платоновское, ул. Монтажная, д. 14а

адрес места осуществления деятельности

## Поверка средств измерений

ДЛХ

шифр поверительного клейма

| № п/п | Измерения, тип (группа) средств измерений | Метрологические требования | | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | | диапазон измерений | погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд) | |
| | ***Измерения давления, вакуумные измерения*** | | | |
| 1. | Манометры (технические показывающие, с условной шкалой) | (0 - 6) МПа<br>(0 - 60) кгс/см$^2$ | КТ (0,15 – 4) | |
| | ***Измерения физико-химического состава и свойств веществ*** | | | |
| 2. | Газоанализаторы, сигнализаторы ($CH_4$; CO; $C_3H_8$; $O_2$) | (0 - 1000) мг/м$^3$<br>(0 - 25) % об.доли<br>(10 - 100)% НКПР | ПГ ± (10 - 25) %<br>ПГ ± (1 - 10) %<br>ПГ ± 5 % НКПР | |

Заместитель генерального директора –
главный инженер
АО «Газпром газораспределение Орел»

подпись

С.И. Павлов
Ф.И.О.